

低功耗台式中红外 DFB-QCL 量子级联激光器

(9.06um 20mW TDLAS)



产品描述

低功耗台式 DFB-QCL 中红外量子级联激光器是筱晓 2018 上半年开发出的国内先进超低功耗的 QCL DFB 激光. 超过 100nm 的可调谐范围,输出功率大于 20mw 满足客户测试气体传感等工业需 求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性高比传统大功耗的量子级联激光 器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了优秀的测试光源。

产品特点

精密波长控制; 低功耗; 全集成台式系统; 智能温控系统; 科研级功能扩展

应用领域

环境监测 | 工业过程 | 生命科学 | 安全防务 | 前沿研

核心参数

中心波长	光谱宽度	输出功率	激光器类型
9.06µm	3nm	20mW	QCL-DFB













详细参数

型号参数

2F 信号采集界面:




算法标定界面:






调制信号线性度测试(示波器电压信号效果图):



通用参数

++ <u>-</u> -1: 4. * +	单位	技术指标		
技术参数		Min. 值	典型值	Max. 值
输出功率 1	mW	20	-	40
峰值工作波长 ²	um	9.0	9.06	9.16
光谱宽度(FWHM)	MHZ	-	3	-
输出边模抑制比(SMSR)	dB	20	-	-
输出隔离度 ³	dB	-	30	-
波长温度系数	nm/°C		0.6	
波长电流系数	nm/mA		0.2	
输出功率稳定度(15 分钟)4	%	-	±0.5	±1.0
输出功率稳定度(8 小时)4	%	-	±1.0	±2.0









输出功率可调范围	%	0	-	100
输出功率调节模式		软件控制		
TEC 稳定度	°C	-	±0.1	±0.2
TEC 工作范围	°C	0	30	50
工作电压	VAC	100	220	240
电功率功耗 5	W	-	-	2
工作温度	°C	0	-	55
存储温度	°C	-20	-	65
规格尺寸	mm	290(L)x108(W)x68(H)mm 台式		

技术指标说明:


- 1.输出功率可选;
- 2.峰值工作波长可指 Ding;
- 3.输出功率稳定性测试条件为 25 度,开机预热 30 分钟后;
- 4.Max. 功耗是指极限工作条件下的整体功耗。






特性曲线

QCL 激光器特征曲线(9.06um 典型波长为例)输出功率特征曲线:





激光光谱(连续)激光器在 10°C工作:






量子级联激光器输出光斑






测试相机 Pixel size = 5 μ m,高斯拟合光斑直径为 320 μ m

控制软件:





QCL 激光器功率稳定性测试曲线:



订购信息

 $MP-QCL-W\square\square\square$ -\$\phi-\text{-}XX

W□□□: Wavelength

5260: 5260nm

7400: 7400nm

9060: 9060nm

10530: 10530nm

☆:准直输出

1: 带

0: 不带

△:激光器类型

FP: QCL-FP

DFB: QCL-DFB

XX: 输出功率